


スペクトル



測定コード	測定コード	M1MA2VERS_20141001_031413	試料コード	M1MA2VERS_20141001_031413
試料情報	試料区分 試料種類 採取開始 採取終了 試料容器 供試料量 回収率 充填高さ 密度	2Lマリネリ汎用 - 2014年10月01日 09時46分 2014年10月01日 09時46分 マリネリ2L容器 1.26E+00 kg 100.00 % 12.40 cm 0.630 g/cm3	地域 地点 緯度・経度 試料コメント 目的 部位 母材 元素組成式 AMP比	- - 北海道産 きのこ その他 採取者2 水, 寒天 - 0.00 %
測定情報	検出器番号 測定開始 測定時間	No. 1 2014年10月01日 09時46分 LT 7384 秒 RT 7385 秒	測定位置 測定者 測定コメント	密着 後藤 弘樹 北海道産 きのこ
付加情報	測定試料量	0 g		
分析条件	核データ BG補正 BG1:M1BG_20140826_162624	食品主要 する BG2:	減衰補正 エネルギー校正 効率校正	補正無し E120121019183306 F1MARI220121024181307

No.	核種名	エネルギー (keV)	半減期	放射能濃度 (Bq/kg)	荷重平均放射能濃度 (Bq/kg)	検出限界値 (Bq/kg)	マーク
1	I -131	284.30	8.04E+00 D	N D		5.8426E+00	N
2	I -131	364.48	8.04E+00 D	N D		4.4666E-01	
3	Cs-134	563.26	2.06E+00 Y	N D		5.1951E+00	
4	Cs-134	569.29	2.06E+00 Y	N D		2.8752E+00	
5	Cs-134	604.66	2.06E+00 Y	N D		4.0660E-01	
6	I -131	636.97	8.04E+00 D	N D		6.2881E+00	
7	Cs-137	661.64	3.02E+01 Y	N D		4.9891E-01	
8	I -131	722.89	8.04E+00 D	N D		2.6533E+01	
9	Cs-134	795.76	2.06E+00 Y	N D		5.4116E-01	
10	Cs-134	801.84	2.06E+00 Y	N D		5.6930E+00	
11	Cs-134	1365.13	2.06E+00 Y	N D		1.5417E+01	
12	K - 40	1460.75	1.28E+09 Y	1.0101E+02 ± 5.7568E+00	1.0101E+02 ± 5.7568E+00	9.3320E+00	